

مشخصات فنی و اقلام همراه دستگاه

- ۱- دستگاه قابلیت اندازه گیری استحکام گندله پخته ، آهن اسفنجی و بریکت را داشته باشد .
- ۲ - plc دستگاه از برند زیمنس باشد .
- ۳- لودسل ها از برند های معتبر و دارای گواهی کالیبراسیون از مراجع معتبر باشند.
- ۴ - دستگاه دارای رایانه متناسب و نرم افزار مخصوص باشد .
- ۵ - همراه دستگاه قطعات یدکی مورد نیاز باشد.
- ۶ - نصب ، راه اندازی و آموزش در محل آزمایشگاه باشد .
- ۷ - مقدار جابجایی لودسل قابل اندازه گیری باشد . (اندازه گیری میزان جابجایی با ساعت اندیکاتور)
- ۸- دستگاه دارای حداقل یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش باشد .
- ۹ - سرعت جابجایی لودسل 0.25 ± 0.08 میلی متر بر ثانیه باشد.
- ۱۱- دستگاه مطابق استاندارد ASTM E382 و ISO 4700 ساخته شده باشد .
- ۱۲- دستگاه به هنگام تحویل توسط یکی از مراجع معتبر کالیبراسیون (مورد نظر کارفرما) ، کالیبره و گواهینامه (Certificate) ارائه گردد .